



ООО «ТестИнТех»

Аттестат аккредитации № RA.RU.312099 от 27.02.2017 г.

Свидетельство о поверке № 351600

Действительно до «08» июля 2020 г.

Средство измерений Аппаратура геодезическая спутниковая Spectra Precision SP80,
наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа
госреестр № 59191-14

заводской (серийный) номер 5639550009,
в составе -

номер знака предыдущей поверки -,
поверено в соответствии с описанием типа

в соответствии с ГОСТ Р 8.793-2012 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аппаратура спутниковая геодезическая. Методика поверки»,
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 3.2.ВЮМ.0024.2019(Тахеометр электронный TOPCON MS05AX II, № KJ0246, ПГ=(0,2 +0,5•10⁻⁶L, 1 разряд по
регистрационный номер и (или) наименование, тип,
ГОСТ Р 8.750-2011), Эталонный линейный базис, 2-го разряда
эталонный номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура +22°С,
перечень влияющих факторов

относительная влажность 74%
верифицирует в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению.

Знак поверки

Генеральный директор

Поверитель

Подпись

Грабовский Александр Юрьевич

Хижняков Виктор Александрович

Дата поверки «09» июля 2019г.